

**Test Ergebnisse / Test Results:** 2020TM1257

**Maske F6400/130NX100**

Leistungsanforderungen für medizinische Gesichtsmasken des Typs I

Prüfung : EN 14683:2019+AC:2019	Ergebnis	Messeinheit	Anforderung (Type 1)
bakterielle Filterleistung (BFE)	96,7	%	≥ 95
Druckdifferenz	19	Pa/cm2	< 40

Leistungsanforderungen für wiederverwendbare Hygienemaske

Prüfung : EN 14683:2019+AC	Ergebnis	Messeinheit	Anforderung (Type 1)
bakterielle Filterleistung (BFE)	77,11	%	≥ 90
Druckdifferenz	18	Pa/cm2	< 60

**Mask F6400/130NX100**

Requirements for single use surgical masks Type I

Test : EN 14683:2019+AC:2019	Result	Unit of Measure	Requirement (Type 1)
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)	96,7	%	≥ 95
Breathability	19	Pa/cm2	< 40

Requirements for reusable hygienic masks

Test : EN 14683:2019+AC	Result	Unit of Measure	Requirement
bakterielle Filterleistung (BFE)	77,11	%	≥ 90
Druckdifferenz	18	Pa/cm2	< 60

